

Sandomierz 08.06.2022 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę wyrobów do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych, znak  
PN/3/2022

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych, znak PN/3/2022**

Do Zamawiającego w dniu 31.05.2022 r. wpłynęło pytanie dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

***Pytanie***

**Dot. Pakietu IX:** Czy Zamawiający dopuści cewniki prowadzące standardowe dostępne dla średnic 5F, 6F, 7F, i 8F? Pozostałe parametry bez zmian.

***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 08.06.2022 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 31.05.2022 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 135 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytanie:

- 1) Zamawiający dopuszcza.

**DYREKTOR**  
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego  
w Sandomierzu

*dr n. med. Marek Kos*