

Sandomierz 08.06.2022 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz


Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę wyrobów do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych, znak
PN/3/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych, znak PN/3/2022


Do Zamawiającego w dniu 02.06.2022 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania


- 1. Dot. Pakietu III:** Ze względu na ofertę konkurencyjną cenowo zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie introduktora naczyniowego z dostępu promieniowego o średnicach od 4F do 6F, długości 11cm; W zestawie:
 - przewodnik prosty o długości 45cm,
 - igła angiograficzna 20G,
 - rozmiar kodowany kolorem w celu łatwej identyfikacji rozmiaru.
- 2. Dot. Pakietu VI poz. 1-3:** Ze względu na ofertę konkurencyjną cenowo zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w:
Poz. 1 – Strzykawkę inflacyjną z manometrem fluorescencyjnym. Łatwość obsługi - mechanizm blokujący przed niekontrolowaną deflacją. Generowane ciśnienie 0-30atm. Poj. 20ml. Fluorescencyjna skala ułatwiająca obserwację. Zdjęcie produktu poniżej.



Poz. 2 – Y-connectora typu push click o świetle wewnętrznym 8F, który działa w 3 pozycjach zamkniętej, półotwartej i otwartej.



Poz. 3 – Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie connectora typu SCREW i możliwość dostarczenia igły oraz torquera oddzielnie. **Zdjęcia produktów poniżej:**



Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 08.06.2022 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 02.06.2022 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 135 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Szpitalnym Strefie
Marek Kos
dr n. med. Marek Kos